Accu-Dent® System 2: **Arbeitsablauf**

Arbeitsplatz:
- Wasser 26 – 29°C
- Messgefäss
- Spatel
- Abdruckmaterial
- Spritze
- Tip-Applikator
- Löffel

Abdrucklöffel bestimmen

Wasser 26-29°C **+ Syringe Accu-Gel** für Spritze

Thermometer
Messbecher
Spatel
Napf

Wasser und Syringe Accu-Gel mischen

15 – 20 Sec.

Spritze abfüllen

Spritze auf die Seite legen

Wasser 26-29°C **+ Tray Accu-Gel** für Löffel

Thermometer
Messbecher
Spatel
Napf

Wasser und Tray Accu-Gel mischen

30 – 40 Sec.

Abdrucklöffel beschicken

Abdruck-löffel auf die Seite legen

Spritzen-Gel auf die Zähne auftragen

Tip-Applikator Aufsatz abnehmen und Spritzen-Gel in die Vestibula einspritzen

Abdrucklöffel mit **Löffel-Gel** einsetzen

Modellherstellung

Candulor
KunstZahnWerk

9810-9-A-01d-11/01/1000 www.team5.com © Copyright 2001 Candulor AG, Wangen/ZH